



Doküman No:RAD-GT02

Yürürlük Tarihi: 03.01.2011

Değişiklik No:

Değişiklik Tarihi:

SRM RADYOLOJİ BİRİMİ BANYO SOLUSYONU KİMYASAL SIVI ATIKLARIN ATILIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Yasemin ÖZCAN

Radyoloji Teknikeri

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No:RAD-GT02

Yürürlük Tarihi: 03.01.2011

Değişiklik No:

Değişiklik Tarihi:

SRM RADYOLOJİ BİRİMİ BANYO SOLUSYONU KİMYASAL SIVI ATIKLARIN ATILIM TALİMATI

1. AMAÇ: Sağlık ve Rehberlik Merkezi Radyoloji Birimi'ndeki Banyo solusyonlarını kanalizasyona karıştırmayıp çevreye ve insan sağlığına zarar vermemek.

2. KAPSAM: Bu talimat, SRM Radyoloji birimi çalışanlarını kapsar.

3. UYGULAMA:

3.1. Film banyolama işleminde filmler Devoloper (1 banyo), Fixer (2. banyo) ve su tanklarındaki merdanelerden geçer.

3.2. Filmlerin merdanelerden geçmesiyle banyo cihazımız Processor bidonlarından tanklara solusyon alır.

3.3. Solusyon tanklara alındıkça tanklardaki seviyeyi korumak için taşma olur.

3.4. Taşan solusyon gider hortumları ile bidonlarda toplanır.

3.6. Toplanan kimyasal sıvı atıkları Çevre ve Orman Bakanlığının” Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin” 28. maddesi uyarınca “09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları” başlığı adı altında yer alan gümüş geri kazanım amacıyla lisanslı firma tarafından alınır.