



Doküman No: LAB-GT25

Yürürlük Tarihi: 4.7.2000

Değişiklik No: 4

Değişiklik Tarihi: 12.01.2012

LABORATUVAR TEMİZLİK TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

| Değişiklik Tarihi | Açıklama | Değişiklik No |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| - | Yeni yayımlandı | 0 |
| 26.06.2002 | İçerik Değişikliği Yapıldı | 1 |
| 05.10.2005 | Yönetim ve İçerik Değişikliği Yapıldı | 2 |
| 22.02.2006 | İçerik Değişikliği Yapıldı | 3 |
| 12.01.2012 | İçerik Değişikliği yapıldı | 4 |

HAZIRLAYAN: Mediha AYTUZLAR

Hizmetli

İMZA

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ

Mikrobiyoloji Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: LAB-GT25

Yürürlük Tarihi: 4.7.2000

Değişiklik No: 4

Değişiklik Tarihi: 12.01.2012

LABORATUVAR TEMİZLİK TALİMATI

1.AMAÇ: Laboratuvarın temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak, tıbbi atıklarının SRM'nin tıbbi atık talimatnamesine uygun şekilde atılarak çevreye zarar vermemesinin sağlanmasıdır.

2. KAPSAM: Bu talimat, laboratuvarın temizlik ve dezenfeksiyonundan sorumlu hemşire ve temizlik elemanlarını kapsar.

3. UYGULAMA:

3.1. LABORATUVAR GÜNLÜK TEMİZLİK PROGRAMI

3.1.1. Sabah 07:00-08.00 saatleri arasında laboratuvar camları açılarak havalandırılır. Çöpler toplanır. Normal çöpler yeşil çöp kutusuna, kağıtlar kağıt atık kutusuna, tıbbi atıklar otoklav odasına ayrılır. Kirli galoşlar toplanarak normal çöp kutusuna atılır.

3.1.2. Laboratuvardaki tüm masa ve tezgah üstleri genel bir yüzey dezenfektanı ile sabah silinir. Tüm cihaz ve bilgisayarların yüzeyleri nemli bir bezle silinir. Tüm cam önleri silinir. Sabah 07:00-08:00 saatleri arasında tuvaletler ve lavabolar ciflenerek ozonlu su ile yıkanır.

3.1.3. Hepatit vb. gibi bulaşıcı hastalığı olan bir hastanın tuvaleti kullandığı biliniyorsa kullanılan yerler tekrar ozonlu su ile yıkanır. Kullanılan tuvalet kağıtları ve gaita kutuları, tıbbi atık poşetlerinde biriktirilerek tıbbi atık kovaşına atılır.

3.1.4. Tüm laboratuvar zemini genel bir yer dezenfektanı ile silinir. Laboratuvar girişindeki paspas kaldırılıp yer ve merdivenler süpürüldükten sonra tekrar yerleştirilir. Laboratuvardaki tüm sandalye ve sehpa silinir. Hergün saat 16:00'da tüm kullanılmış serum ve kan atıkları otoklavda yakmak üzere otoklav odasına kaldırılır. Sterilizasyon odası ozonlu su ile silinir.

3.2. LABORATUVAR HAFTALIK TEMİZLİK PROGRAMI:

3.2.1. Haftalık temizlik her hafta cumartesi günü yapılır.

3.2.2. Laboratuvarın tüm tezgah ve masaları yüzey dezenfektanı ile silinir.

3.2.3. Laboratuvardaki tüm lavabolara ve tuvaletlere kireç sökücü dökülerek ozonlu su ile yıkanır. Tuvalet tezgahları ve tuvaletin tüm yüzeyleri tavana kadar ozonlu su ile yıkanır.

3.2.4. Tüm kapı kolları uygun dezenfektanlarla silinir.

3.2.5. İçme suyu konulan kaplar deterjan ve çamaşır suları ile yıkanır (Haftada 2 kez).

3.2.6. Yerler yer dezenfektanı ile silinir.

3.2.7. Laboratuvardaki tüm dolap ve çekmecelerin tozları alınır.

3.2.8. Pencere önlerinin tozları alınır (15 günde bir camlar silinir).