



Doküman No: RAD-GT08

Yürürlük Tarihi: 24.06.2002

Değişiklik No: 3

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

RADYOLOJİ SERVİSİ TEMİZLİK TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
05.10.2005	İçerik Değişikliği Yapıldı	1
28.01.2013	İçerik Değişikliği Yapıldı	2
02.01.2014	İçerik Değişikliği Yapıldı	3

HAZIRLAYAN: Yasemin TUNÇ

Radyoloji Teknisyeni

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: RAD-GT08

Değişiklik No: 3

Yürürlük Tarihi: 24.06.2002

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

RADYOLOJİ SERVİSİ TEMİZLİK TALİMATI

1. AMAÇ: Röntgen, ultrasonografi ve kemik dansometri ünitelerinde bulunan cihazların ve çalışılan ortamın temizlik ve hijyenin sağlanması ve devam ettirilmesi

2. KAPSAM: Ortam (Şirket elemanı)

Cihazlar (Şirket elemanı)

3. UYGULAMA:

3.1. Tüm üniteler 08:30-15:00 saatleri arasında havalandırılır.

3.2. Saat 15:00'de lavabolar ciflenerek yıkanır, çöpler boşaltılır.

3.3. Tüm cihazlar nemli bir bez ile temizlenir, hastaların temas ettiği bölgeler dezenfektanlı bir sprey kullanılarak silinir.

3.4. Tüm büro malzemeleri ve ekipmanlarının tozları alınır, yerler deterjanlı su ile paspaslanır.

3.5. 15 günde bir ünitenin camları silinir.